



AGRÁRMINISZTERIUM

BIODIVERZITÁS- ÉS GÉNMEGŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BGMF/4- 6/2025

Ügyintéző:

Telefon

E-mail:

Tárgy: Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Debreceni Egyetem részére

H A T Á R O Z A T

A Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1., a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján, 2. biztonsági elszigetelési szintű géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozását – a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) GA-2025-5. számú véleményének, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Törzskönyvezési Főosztály (a továbbiakban: egészségügyi szakhatóság) NNGYK/ETGY/7225-4/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának figyelembevételével – a vonatkozó jogszabályokban, valamint a kérelemben foglaltak betartása mellett

e n g e d é l y e z e m .

Az engedély a megadástól számított 10 évig érvényes.

A géntechnológiai tevékenység az alábbi Intézetekben és Tanszékeken, az alábbi helyszíneken és az alábbi helyiségekben engedélyezett:

Debreceni Egyetem

- (1) Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: ÁOK) Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
- (2) ÁOK Belgyógyászati Intézet
- (3) ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
- (4) ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
- (5) ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék
- (6) ÁOK Élettani Intézet
- (7) ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
- (8) ÁOK Humángenetikai Tanszék
- (9) ÁOK Immunológiai Intézet
- (10) ÁOK Kardiológiai Intézet
- (11) ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

- (12) **ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet**
- (13) **ÁOK Orvosi Vegytani Intézet**
- (14) **ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék**
- (15) **Gyógyszerésztudományi Kar (a továbbiakban: GYTK) Gyógyszerhatástani Tanszék**
- (16) **Természettudományi és Technológiai Kar (a továbbiakban: TTK) Biomérnöki Tanszék**
- (17) **TTK Molekuláris Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék**

Cím:

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (3, 4, 8, 9, 13, 16, 17)

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. (1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15)

4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. (10, 14)

4002 Debrecen, Rex Ferenc utca 1. (15)

Helyiségek:

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.): A-0.1., A-0.19., A-0.20., A-0.25., A-028., A-1.01., A-1.02., A-1.05., A-1.07., A-1.08., A-1.09., A-1.19., A-1.20., A-1.24., A-1.28., A-1.45., A-1.46., A-3.14., **ASZFI Neurokémiai Labor;**
Belgyógyászati Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.): *Művese Állomás 018 Labor, 023 Labor;*

Bőrgyógyászati Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.): *Kutató Laboratórium (B szoba), Alagsori Kutató Laboratórium (B és D szoba);*

Élettani Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.): *Alagsor E-104, E-105, E-1.10, E-1.11, E-1.12, Fsz-1. laboratórium, 2.1 laboratórium;*

Élettudományi Központ (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.):

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet: 1.018, 1.019, 1.036, 1.037-38, 2.009, 2.010, 2.011.A, 2.011.B, 2.038, 2.039, 2.040, 2.041, 2.042-43-44, 2.045, 2.046, 2.047, 2.048, 2.049, 2.050, 2.107-108;

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet: 2.015, 2.026, 2.027, 2.033-034, 2.035, 2.036, 3.003-005, 3.049-051, 3.027, 3.029-030, 3.040, 3.041, 3.042, 3.043, 3.044, 3.045, 3.046, 3.047-048, 3.209;

Immunológiai Intézet: 2.052;

Orvosi Vegytani Intézet: 1.308-311, 2.011, 3.017-018, 3.021-023, 3.031-34, 3.036, 3.037-039, P.305;

TTK Molekuláris Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék: 1.003-1.005, 1.048-1.053, F101;

Elméleti Tömb (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.):

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet: 2. emelet: 203, 204, 205, 207, 209, 212;

Immunológiai Intézet: 1. emelet 101., 3. emelet 305.;

Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék: 8. emelet 806.;

GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék (4002 Debrecen, Rex Ferenc utca 1.): II. emelet, A212., A214, A216., A217., A218., A226.;

In Vitro Diagnosztikai Tömb (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.):

Humángenetikai Tanszék: 3.25, 3.28;

Orvosi Mikrobiológiai Intézet: 1. emelet 2.29; 2. emelet 2.8, 2.10.2;

Kémia Épület (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.):

TTK Biomérnöki Tanszék: D-6, D-9, D-10, D-11, D-20, D-207;

Augusztai Mélyföldszint (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.):

Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék: Biokémiai Laboratórium, Kardiovaszkuláris Laboratórium, Klinikai Kémia Laboratórium, Sejttenyésztő Laboratórium;

Állatházak:

Botanikus Kerti Kísérleti Állatház (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.):

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet és Élettani Intézet: egérszobák (05, 06, 07, 08, 12, 14, 16), patkányszoba (01-6), kezelő (04.);

Élettudományi Központ Kísérleti Állatház (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.):

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet és Immunológiai Intézet: P.014, P.015, P.506-507, P.603, P.604, P.605, P.606, P.607, P.608, P.609, P.610, P.611, P.612, P.613, P.615, P.616, P.617, P.618, P.619-620, P.621, P.622, P.623-624, P.625, P.626-627, P.628, P.629;

Elméleti Tömb 9. emeleti állatház (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.):

Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék: 902.

GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék: 906-908.;

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.):

Alagsor, Kísérleti Állatház;

Sebészeti Műtéttani Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.):

B-épület Állatház: rágcsáló szoba, állatházi folyosó, kisállat műtő, előkészítő, veszélyes hulladék tároló helyiség;

GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék (4002 Debrecen, Rex Ferenc utca 1.):

II. emelet, A-215.

Az egészségügyi szakhatóság 2025. április 22. napján kelt, NNGYK/ETGY/7225-4/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

„A kérelemben megjelölt 2-es biztonsági elszigetelési szintű géntechnológiai módosítást végző létesítmény engedélyezéséhez hozzájárulok.”

Az egészségügyi szakhatóság a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséhez előírások nélkül hozzájárult.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A döntéssel szemben – jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszék előtt közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevelet a Debreceni Törvényszéknek kell címezni, azonban az Agrárminisztériumhoz kell benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a

digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény alapján. *A keresetlevél benyújtására szolgáló űrlap elérhető az Agrárminisztérium központi e-ügyintézési portálon megtalálható elektronikus ügyintézési felületén, a https://magyarorszag.hu/szuf/fooldal#kereses_talalatok.amper címen.* Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A bíróság egyszerűsített perben bírálhatja el a pert, ha a felperes ezt a keresetlevélben kéri és az alperes a védíratban nem ellenzi. Az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a Kérelmezőt személyes illetékmentesség illeti meg a bírósági eljárás során.

A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesül, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A jelen határozattal engedélyezett tevékenység ellenőrzése érdekében, véglegessé vált határozatom másolati példányait tájékoztatásul megküldöm *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságoknak.

I n d o k o l á s

A Kérelmező 2025. március 10. napján 2. biztonsági elszigetelési osztályba sorolt géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának tárgyában kérelmet (a továbbiakban: kérelem) nyújtott be Hatóságomhoz.

Az engedély iránti kérelmet *a géntechnológiai tevékenységről* szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 8. §-a, valamint *a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról* szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott dokumentáció hiányosságokat tartalmaz. Ennek megfelelően 2025. március 11. napján hiánypótlásra szólítottam fel a Kérelmezőt az alábbiak tekintetében:

- külön dokumentumban nyújtsa be OECD GLP betartásáról szóló nyilatkozatot magyar illetve angol nyelven is az egész egyetemre vonatkozóan;
- tisztázza a létesítmény létrehozására vonatkozó formanyomtatvány 4.d pontjában és a 8.b pontjában az Élettani Intézet E-105, az Élettudományi Központ 2.027 illetve az Élettudományi Központ Kísérleti Állatházain belül a P.506-P.507 számú helyiségek szerepét és a bennük tervezett tevékenységeket; valamint
- egyértelműbben jelölje az Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet által benyújtott alaprajzon a tevékenységekbe bevont laboratóriumo(ka)t.

Továbbá az elszigetelési táblázatok tartalma tekintetében:

- tisztázza, hogy a GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék A.214. és A.215. termei valójában állatházaknak vagy laboratóriumoknak tekintendők;
- részletezze az ÁOK Élettani Intézetének a "Foszt. 1." laboratóriumra vonatkozó elszigetelési táblázatban foglaltakat;

- javítsa és részletezze az ÁOK Élettani Intézetének az állatházra vonatkozó elszigetelési táblázatokban foglaltakat;
- részletezze az ÁOK Bőrgyógyászati Tanszéke által benyújtott elszigetelési táblázatban foglaltakat; valamint
- részletezze az ÁOK Belgyógyászati Tanszéke által benyújtott elszigetelési táblázatban foglaltakat.

A Kérelmező 2025. március 12. napján elektronikus úton küldött válaszában megküldte válaszait Hatóságomnak, így megfelelt a hiánypótlási felhívásnak.

Az engedélyezés iránti dokumentációt szakhatósági állásfoglalás céljából az egészségügyi szakhatóság részére BGMF/4-1/2025. ügyiratszámom 2025. március 14. napján, hivatali kapun, valamint bizottsági véleményezés céljából a Bizottság részére BGMF/4-2/2025. ügyiratszámom 2025. március 14. napján megküldtem.

A Bizottság 2025. március 21. napján arról tájékoztatta Hatóságomat, hogy a kérelem bizottsági véleményezése folyamatban van, azonban véleményének kialakítása érdekében tényállás tisztázása szükséges.

Hatóságom a tényállás tisztázása érdekében – rövid úton, 2025. március 21. napján elektronikusán küldött – a Bizottság kérése szerinti tartalommal BGMF/4-3/2025. iktatószámú levelében az alábbiak tekintetében hívta fel a Kérelmezőt:

- jelezze egyértelműen, hogy a GM állatokat melyik állatházban tartják fenn és annak ki a kezelője;
- jelezze, hogy a GM állatok génmódosítását az adott intézmény végzi-e, vagy egyéb helyről szerezték be, ez esetben adja meg a forrást;
- javítsa a jelöléseket az alaprajzon, ahol nem látszik egyértelműen, hogy melyik laboratórium került megjelölésre;
- adjon információt arra nézve, hogy a benyújtott Egyetemi Hulladékgazdálkodási Szabályzat illetve Munkavédelmi Szabályzat mikor került utoljára felülvizsgálatra;
- javítsa az intézetek, tanszékek elnevezését, azokat egyértelműen, egységesen hivatkozza;
- egyeztesse a létesítmény létrehozási kérelem formanyomtatványban és a „2025 DE GMO helyiség táblázatokban” szereplő helyiségek listáját, és nyilatkozzon, hogy a beadott két táblázat milyen szempontból tér el egymástól és közülük melyik tekintendő teljesnek az engedélykérelem szempontjából;
- részletezze, hogy mely intézetek és milyen típusú alkalmazott kutatási tevékenységet terveznek folytatni, illetve, részletezzék az oktatási tevékenységet is.

Továbbá az elszigetelési táblázatok tartalma tekintetében:

- az ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet esetében adja meg, hogy mi biztosítja azt, hogy a laboratóriumban csak a munkacsoport szakképzett tagjai tartózkodhatnak (1.A táblázat 9. pont);
- az ÁOK Immunológiai Intézet esetében adja meg, hogy miért nem helyeztek el biológiai veszélyjelző táblát;

- az ÁOK Humánagenetikai Intézet esetében adja meg, hogy mi biztosítja azt, hogy a laboratóriumban csak a munkacsoport szakképzett tagjai tartózkodhatnak (1.A táblázat 9. pont);
- az ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék esetében tisztázza az elszigetelési szintet megjelölő táblázat 10. pontjánál megadott választ: „szükség szerinti biológia veszélyjelző tábla kerül elhelyezésre az ajtón”, a biológiai veszélyjelző tábla elhelyezése az ajtón 2. elszigetelési szint esetén kötelező; valamint az 1.A táblázat 11. pontjában adja meg hogyan törekednek a levegőbeli terjedés minimálisra csökkentésére és mit tartanak „releváns esetnek”;
- az ÁOK Élettani Intézet esetében az 1.A elszigetelési táblázat 7. pontjában tisztázza a mikrobiológiai biztonsági fülke meglétét; a 10. pontjában adja meg, hogy a laborok ajtajain elhelyeznek veszélyjelző táblát; a 16. pontjában tisztázza, hogy minden elfolyó vizet folyamatosan gyűjtenek és megfelelően fertőtlenítenek-e, valamint az FSZT-1 elnevezésű laboratórium 1.A táblázatának 5. pontjában javítsa a választ, hiszen a fülke használata nem felel meg a követelménynek, amely a teljes laborra vonatkozó alacsony nyomást jelenti;
- az ÁOK Bőrgyógyászati Intézet esetében az 1.A táblázat 17. pontjában adja meg a GMO-val szennyezett hulladékok (eszközök, folyadékok) kezelésének módját;
- az ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet esetében az 1.A elszigetelési táblázat 7. pontjában tisztázza a mikrobiológiai biztonsági fülke meglétét; az 1.A táblázat 11. pontjában adja meg, hogy hogyan csökkentik minimálisra a levegőbeli terjedés kockázatát (pl. a tartályok, edények nyitott állapotának minimalizálása, folyékony hulladéktárolókban inaktiválás, stb.), valamint az 1.A táblázat 15. pontjában adja meg, hogy rovarirtás történik-e az intézetben;
- az ÁOK Belgyógyászati Intézet esetében az 1.A táblázat 11. pontjában adja meg, hogy hogyan csökkentik a levegőbeli terjedést (kötelező minimálisra csökkenteni), valamint az 1.A táblázat 9. pontjában adja meg, hogy mi biztosítja, hogy a laboratóriumba csak az engedéllyel rendelkező dolgozók léphetnek be; valamint
- az ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet esetében tisztázza, hogy a Botanikus kert és Állatház a tanszék kezelésében van-e vagy külön entitás, az 1.A táblázat 7. pontjában tisztázza, hogy biztonsági fülke vagy elzárt rész áll-e rendelkezésre; az 1.A táblázat 16. pontjában adja meg a kézmosók, lefolyók elvezetett vizére vonatkozó esedékes inaktiválást; valamint az 1.A táblázat 17. pontjában adja meg, hogy inaktiválják-e a szennyezett anyagokat (pl. autoklávozással, klórtartalmú, vagy egyéb vegyszerrel).

A Kérelmező 2025. március 26. napján érkezett, fentiekre vonatkozó – BGMF/4-4/2025. számon iktatott – válaszait Hatóságom rövid úton továbbította a Bizottság felé.

Tárgyi ügyben az egészségügyi szakhatóság NNGYK/ETGY/7225-4/2025. ügyiratszámú 2025. április 22. napján érkezett állásfoglalásában a kérelemben megjelölt 2. biztonsági elszigetelési szintű géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezéséhez előírások nélkül hozzájárult. A szakhatósági állásfoglalás a tevékenység leírását követően indoklásában többek között az alábbiakat állapította meg: „A Debreceni Egyetem 131 2. biztonsági elszigeteltségi szintű GMO tevékenységre alkalmas labor, 50 állatházi helyiség létesítésére kér engedélyt. A tervezett tevékenység végzésére alkalmas

laboratóriumok és egyéb helyiségek azonosítóját megadták, helyüket az épületek tervrajzain a hiánypótlást követően maradéktalanul megjelölték. A laboratóriumok, az állatházi és egyéb helyiségek felszereltségét és biztonsági előírásait részletezték. Hulladékkezelési Szabályzattal, Munkavédelmi Szabályzattal, balesetvédelmi előírásokkal és balesetelhárítási tervvel a Kérelmező rendelkezik. Ezek, illetve az adott tevékenységi körre specifikus alkalmazásaik a kapcsolódó tevékenységek kérelmekben kerültek bemutatásra. A hiánypótlást követően a benyújtott információk és a tervrajzok alapján a létesítmény megfelel egy a 2. biztonsági elszigetelési osztályba tartozó létesítménnyel szemben támasztott követelményeknek. A 2. biztonsági elszigeteltségi szintű GMO tevékenységre alkalmas létesítmény humánegészségügyi szempontból engedélyezhető.”

A Bizottság az eredeti kérelmet és a Kérelmező megküldött válaszát 2025. március 27. napján személyesen tartott ülésén megtárgyalta, és az alábbiakat állapította meg GA-2025-5. számú véleményében: „A kérelmet a GEVB áttekintette, aminek az elbírálásához további információra volt szüksége. Kérdéseket fogalmazott meg a kérelmező részére, melyeket az eljáró hatóságon keresztül küldött meg a kérelmezőnek, valamint a kérelmezőt is meghallgatta. A válaszokat a GEVB megvitatta, és kielégítőnek találta. Ennek alapján az engedélyt megadásra javasoljuk. A Bizottság megjegyzi, hogy az ÁOK Belgyógyászati Intézet által benyújtott 1A laboratóriumi és 1C állatházi tevékenység elszigetelési táblázat 1-es elszigetelési osztályra vonatkozóan lett kitöltve, ugyanakkor a teljes egyetem 2-es elszigetelési osztályú kérvényt nyújtott be. Kérjük, hogy az ÁOK Belgyógyászati Intézet is teremtsen meg a 2-es elszigetelési osztályú munka körülményeit.”

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Kérelmező az Itv. 5. § (1) bekezdésének f) pontja, valamint a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 138/2004. (IX. 23.) FVM rendelet 7. §-ának b) pontja alapján mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

Határozatomat a Gtv. 3. § (1) bekezdése, 6. §-a, 8. §-a, a Rendelet 1. § (1) bekezdése d) pontja, 2. §-a, a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező géntechnológiai hatóság, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező eljárásban közreműködő géntechnológiai szakhatóság kijelöléséről szóló 14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése, továbbá Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése alapján hoztam meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén, 82. § (1) bekezdésén, 112. § (1) bekezdésén, 113. § (1) bekezdésén, 114. § (1) bekezdésén, valamint 116. § (1) bekezdésén és (4) bekezdésének a) pontján, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésének b) pontján, 39. § (1)-(2) és (6) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 124. § (3) bekezdésén.

valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án és 4. mellékletén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Gtv. 4. § (1) bekezdés b) pontja, a Rendelet 1. § (3) bekezdése, valamint a *Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről* szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. §-ának 9. pontja alapozza meg.

Kiadmányozási jogom a központi államigazgatási szervekről, valamint a *Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról* szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésének b) pontján, valamint az *Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról* szóló 1/2023. (VI. 30.) AM utasítás 1. mellékletének 73. § (1) bekezdésén és 2. függelékének 4.1.3. pont 3. alpont a) pontján alapul.

Budapest, 2025. május „14.”

Dr. Nagy István agrárminiszter nevében és megbízásából



A határozatot tértivevénnyel kapják:

1. Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.);
2. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Törzskönyvezési Igazgatóság (hivatali kapun másolatban);
3. Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság Titkársága, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (elektronikusan másolatban);
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (hivatali kapun);
5. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, Debreceni Járási Hivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.) (másolatban);
6. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (hivatali kapun);
7. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (másolatban);
8. Irattár.